

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：攜帶式超音波膀胱容量測定儀

115/09/17 修改

項次	品 名 及 規 格	數量	單位
	參考廠牌:Mcube(韓國) 規格: 1. 可手持、無線使用。 2. 預先掃描功能具實時影像,可在掃描前偵測膀胱位置。 3. 容量範圍:0-999ml。 4. 準確度:±15%或±20ml。 5. 掃描偵測時間:約 2 秒。 6. 電源供應:為可充電式鋰電池,具專用充電座。 7. 充電時間:少於 6 小時。 8. 資料顯示方式:具備液晶螢幕,明確顯示餘尿容積量,並顯示膀胱圖像。 9. 換能器直徑:14mm 10. 探頭掃描方法:扇形,120 度。 11. 超音波雙頻率:2MHz, 3.4MHz。 12. 超音波穿透深度:23 公分 13. 重量:含電池 490 克。 14. 可攜帶式整合性單一裝置,含操作推車。 15. 為維護產品品質本案不接受中國大陸製品	2	組
本採購案是否有後續擴充 ☐ 是,擴充期間____、金額或數量____。 ☒ 否。 交貨期限: ☒ 合約生效日起 90 日內 ☐ 民國____年____月____日前 ☐ L/C 開出日起____日內。 保固期限:自驗收合格之日起保固 1 年。			

請購單位： 護理系

請購單位主管簽章：



代 9/17

請購人簽章： 張惠君

聯絡電話：22484

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

1020104