

# 慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：五官鏡套裝組

| 項次 | 品名及規格   | 數量 | 單位 |
|----|---|----|----|
| 1  | <p>品名:五官鏡套裝組</p> <p>規格:</p> <p>LED 眼耳鏡組規格</p> <p>耳鏡</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 總長度:16.8 公分</li> <li>2. 重量:71.7 克</li> <li>3. 電池種類:AA 電池 2 個 或充電電池</li> <li>4. 燈泡的壽命:1~2 萬小時</li> <li>5. 光源傳導方式:光纖</li> <li>6. 照度(流明/瓦特):10.3</li> <li>7. 放大倍率:3.4x</li> <li>8. 燈的顏色:真實顏色 LED</li> <li>9. 解析度:工作距離內, 解析度為 3~6 lp/mm</li> </ol> <p>眼底鏡</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 總長度:17.5 公分</li> <li>2. 重量:72.57 克</li> <li>3. 電池種類:AA 電池 2 個或充電電池</li> <li>4. 燈泡的壽命:1~2 萬小時</li> <li>5. 燈的顏色:真實顏色 LED</li> <li>6. 屈光度範圍:-20 到+20</li> <li>7. 屈光段數: -20、-15、-10、-8、-6、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、6、8、10、15、20</li> <li>8. 照明區域/分佈範圍:在 50 公釐的距離為 11.4 公釐</li> <li>9. 紫外線/可見透光率/紅外線: 0%/98.68%/1.32%</li> <li>10 使用者接觸的溫度: 最大高於周遭環境溫度 8 度</li> </ol> <p>(※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料, 以供審查。)</p> <p style="text-align: center;">(本單不敷使用時, 請自行影印加附)</p> | 10 | 組  |

本採購案是否有後續擴充  是, 擴充期間 \_\_\_\_\_, 金額或數量 \_\_\_\_\_。

否。

交貨期限:  簽約日起 \_\_\_\_\_ 日內。  民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日內。

合約生效日(決標日)起 30 日內。  收到信用狀日起 \_\_\_\_\_ 日內。

保固期限: 自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位: 護理科

請購單位主管簽章:



6/2 郭育倫

請購人簽章:



6/2 潘香怡

聯絡電話: 分機 22218

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

1091030

