

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：護理多功能假病人

採購案號：113007661

項次	品名及規格	數量	單位
	1. 尺寸/重量:身長155~160cm/重量10~13kg 2. 可活動的頭頸部及關節處，四肢一體成形。 3. 關節處具備調整阻尼，能精確擺放並維持模型姿勢。 4. 四肢、注射墊和外生殖器為軟質塑膠製。 5. 眼部材質方便清潔。 6. 具氣管氣切口。 7. 具完整的口腔構造。 8. 具通達胃部容器的消化道，及方便觀察操作的模擬胃部。 9. 腹部設有造瘻口。 10. 具8個注射處(嵌入式注射墊)：雙側手臂(各2處)、雙側大腿上方及雙側臀部等。 11. 鎖骨下方靜脈與頸部靜脈設計有中心靜脈開口。 12. 可實際執行女性導尿，並有男性生殖器替換組可另外更換。 13. 具備直腸容器容量約370ml。 ※整套含： 1. 全身假病人 x1 2. 可導尿女性外生殖器 x1 3. 可導尿男性外生殖器 x1 4. 軟質造瘻口 x1 5. 內嵌式注射墊 x8 6. 模型專用氣切管 x1 7. 導管組 x1 8. 導尿管 x1 9. 模型用胃管 x1 10. 衣服 x1 (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。)	5	具

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。

☒ 否。

交貨期限：☐ 簽約日起_____日內。☐ 民國_____年_____月_____日內。

☒ 合約生效日(決標日)起 60 日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：學士後護理學系

請購單位主管簽章：

學士後護理學系主任張美娟

請購人簽章：

王榮瑤

聯絡電話：

※ 22378

本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。

※政府採購法第26條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。