

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：超音波訓練用腹部假體

115000024

項次	品名及規格	數量	單位
	超音波訓練用腹部假體 1. 重量：大約 12 kg 2. 大小尺寸：大約 W30*D20*H30cm 3. 材質：硬質特殊樹脂、軟質特殊樹脂 4. 重現下列臟器及骨骼、肺、膽囊、肝臟(肝門靜脈、膽管、肝動脈、肝靜脈)、胰臟(胰管)、脾臟、大動脈、下肢大動脈、腎臟(左右)、脊椎、肋骨。 5. 附加物： 擺位用墊*1 (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。) (本單不敷使用時，請自行影印加附)	1	台

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
☒ 否。

交貨期限：☒ 簽約日起 90 日內。☐ 民國_____年____月____日內。
☐ 合約生效日(決標日)起_____日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：醫學影像暨放射科學系

請購單位主管簽章：醫學影像暨放射科學系主任 洪茂欽

請購人簽章：李仁禮 8/3

聯絡電話：12233

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。