

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：落地型冷凍離心機

採購案號：114007645

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
	<p>廠牌/型號:KUBOTA/6200 AF-5008C 50ml Conical tube x8 定角轉子 *1EA 055-1280 15ml Adaptor 離心套管*1PC 本體規格： 1.最高轉速:16,000 rpm (實際可達) (最低轉速: 200rpm) 2.最大離心力: 23,470 xg (實際可達) 3.最大容量:2000ml (1.5/2.2ml 最大可達 48 支 Angle Type) 4.微電腦自動控制,可設定離心力(xg)時間,溫度及加速/減速快慢 5.驅動方式:變頻式無碳刷馬達,免換碳刷 6.記憶裝置:可記憶五組程式,每組程式均有獨立按鍵,不用輸入代號 7.具有積分器功能,可設定 g. sec 值 8.具有 ROTOR 即時識別系統,只要裝好 ROTOR 即可辨識確保安全 9.更換 ROTOR 不用工具 10.具有 Spin down 離心記憶功能,同樣樣品離心只要按一下 Flashing 鍵,就自動同時間離心,不用一直按著 11.加速及減速可調,並可設定煞車釋放點,煞車到設定之速度時改以自然減速,可獲得最佳效果 12.溫度設定範圍: -20°C~+40°C 13.Timer: 2 種範圍 1~100 , 100~990(可設秒或分) 14.安全裝置: a.不平衡感應器 b.溫度過高檢知 c.OVER SPEED 感應器 d.電路故障監視系統 e.ROTOR 未裝妥警示 15.電源: AC110V/7.9A 16.尺寸: 落地型 50Wx65Dx85H cm 體積小 不佔空間操作容易</p> <p>(※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料,以供審查。) (本單不敷使用時,請自行影印加附)</p>	1	SET

本採購案是否有後續擴充 是，擴充期間_____、金額或數量_____。

否。

交貨期限：簽約日起_____日內。民國_____年_____月_____日內。

合約生效日(決標日)起_____日內。收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固_____年。

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。