

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：

項次	品名及規格	數量	單位
	品名： ASUS GR70-N90027AN 個人電腦 規格： Operating System：Windows 11 Pro CPU：AMD RYZEN 9 9955HX Graphics：NVIDIA RTX5070 Memory：16G*2 DDR5 Storage：PCIE 1TB SSD Wireless Data Network：Wi-Fi 7(Gig+), Bluetooth® 5.4 LAN：10/100/1000/2500 Mbps, 2.5G LAN Power Supply：Power cord, 330W Adapter 含 VY27UQY/4K 27 吋 IPS 寬螢幕 LED 顯示器 *1 及 Kingston 4000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD *1 (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。) (本單不敷使用時，請自行影印加附)	2	台
本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。 ☒ 否。 交貨期限：☐ 簽約日起_____日內。☐ 民國_____年_____月_____日內。 ☐ 合約生效日(決標日)起_____日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。 保固期限：自驗收合格之日起保固 <u>1</u> 年。			

請購單位：醫學影像暨放射科學系

請購單位主管簽章：

醫學影像暨放射科學系主任 洪茂欽

請購人簽章：

吳晉暉

吳晉暉

聯絡電話：

12231

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。