

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：五官鏡套裝組

項次	品名及規格	數量	單位
1	<p>品名:五官鏡套裝組</p> <p>規格:</p> <p>1. 鏡片組合 (lens range): 旋轉刻度盤可切換不同屈光度, 大約可提供 -20D ~ +20D</p> <p>2. 放大倍率 (magnification) 約 15 倍 (在 15 mm 工作距離)</p> <p>3. 光斑大小 (apertures / spots) 有大、中、小光斑</p> <p>4. 電源 內建充電電池 (Lithium-ion / NiMH), 可搭配充電座</p> <p>5. 內含: LED 耳鏡*1、LED 直接眼底鏡*1 重複使用耳套 (1 組 4 個)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 拋棄式耳套 (2.5 mm) 5 個 - 拋棄式耳套 (4.0 mm) 5 個 - 精裝盒 1 只 <p>(※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料, 以供審查。)</p> <p style="text-align: center;">(本單不敷使用時, 請自行影印加附)</p>	10	組
<p>本採購案是否有後續擴充 <input type="checkbox"/>是, 擴充期間_____、金額或數量_____。</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/>否。</p> <p>交貨期限: <input type="checkbox"/>簽約日起____日內。<input type="checkbox"/>民國____年____月____日內。</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/>合約生效日(決標日)起 <u>30</u> 日內。<input type="checkbox"/>收到信用狀日起____日內。</p> <p>保固期限: 自驗收合格之日起保固 <u>1</u> 年。</p>			

請購單位： 護理科

請購單位主管簽章：



請購人簽章：



聯絡電話：分機 22218

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購, 應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者, 應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格, 其所標示之擬採購產品或服務之特性, 諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序, 在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求, 而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者, 不在此限。