

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：中藥水萃萃取機

採購單號=115001492

項次	品名及規格	數量	單位
立式磨粉機	*不接受大陸廠牌 1. 最大容量：50,000c.c ±5%。 2. 使用電力：AC 單相 220V 60Hz ±10%。 3. 控制系統：採微電腦觸控式中文面板，操作方便。 4. 安全系統：壓力過載時自動洩壓。 5. 溫度控制：採用數位式 LED 顯示，可自由設定溫度。 6. 數位式 LED 顯示計時器，可「預約」定時設定。 7. 內部採自動控制油壓升降壓榨功能，方便藥材殘汁榨取。 8. 上蓋設有玻璃視窗可檢視內部煎煮情形。 9. 氣冷式自動風扇冷卻循環，可回收精油。 10. 煎煮過程可定時自動上下攪拌。 11. 具備預約自動煎煮功能，符合藥材浸泡之需求。 12. 煎藥機本體輪子附可上下調整水平固定裝置，方便移動及固定。 13. 具抽液幫浦設計，煎藥桶內無氣壓時亦可抽出藥液。 (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。) (本單不敷使用時，請自行影印加附)	1	台

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
☒ 否。

交貨期限：☐ 簽約日起_____日內。☐ 民國_____年_____月_____日內。
☒ 合約生效日(決標日)起 60 日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：藥用植物暨天然物中心

請購單位主管簽章：

林明遠

請購人簽章：

林明遠

聯絡電話：8565301 ext. 11410

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。