

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：Port-A 護理教學模型

採購單號=113007053

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
	規格： 1. 可以立姿及仰姿使用 2. CVP, Port-A, PICC 導管之照護技術練習 3. 胸腔有植入的血管驅進裝置(Port-A)。 附三種困難注射置入物，可放在人工血管上方，並模擬：移動的植入型人工血管/角度會變動的植入型人工血管/深入的植入型人工血管。 4. 右前臂有預先設置一個 20G 靜脈留置導管。 5. 具一個雙頭週邊靜脈置入中央導管(5FR PICC)置於右側手臂。 6. 預留植入式中央及周邊靜脈接管線。 7. 練習導管移除技術和傷口照護。 8. 可由頸靜脈、鎖骨下靜脈及週邊靜脈放置導管	9	組

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。

☒ 否。

交貨期限：☐ 簽約日起_____日內。☐ 民國_____年_____月_____日內。

☒ 合約生效日(決標日)起 75 日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：

護理學系

請購單位主管簽章：

護理學系 張紀萍 主任

請購人簽章：

張惠君

聯絡電話：

22465

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。