

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱： 電腦斷層劑量指標應用輻射偵測器

投標單號 = 11500040

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
	規格： 1. 依照 IEC 60601-2-44 標準進行測量 2. 有效長度 100mm 3. 直徑 12mm 4. 能量依存性：70 - 150 kV 狀態下，小於 5 % 5. 自動進行環境補償 6. 劑量量測範圍：10μGy - 999Gy，測量不確定度 5 % 7. 劑量長度乘積：100 μGy·cm - 9,999 Gy·cm，測量不確定度 5 % 8. 劑量率測量範圍：10μGy/s - 250 mGy/s，測量不確定度 5 % 9. 測量時間範圍：1 ms - 999 s，測量不確定度 0.5 % 10. 與本校已有之輻射偵測器主機相容，現有主機規格如下： ● 廠牌主機：RAYSAFE X2 ● 電磁相容測試 EMC：IEC 61326-1 ● 安全性測試：IEC 61010-1 ● X 光量測儀標準：符合 IEC 61674 ● 主機大小：34 x 85 x 154 mm³ ● 主機重量：521 g ● 工作溫度：15 ~ 35°C (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。)	1	台

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
☒ 否。

交貨期限：☒ 簽約日起 100 日內。☐ 民國_____年_____月_____日內。
☐ 合約生效日(決標日)起_____日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 2 年。

請購單位： 醫學影像暨放射科學系

請購單位主管簽章：

醫學影像暨放射科學系主任 洪茂欽

請購人簽章：

吳晉暉

聯絡電話： 12231

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。