

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：微電腦大容量多功能冷凍高速離心機

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
1	<u>規格說明：</u> 1. 電源:110VAC, 60HZ 2. 最高轉速:至少 14000 rpm 3. 最大離心力:至少 20800 g(每 10g 為一設定間距) 4. 離心容量:0.2~510 ml 5. 時間控制:0~99 分鐘, 並可迴秒計數, 也可調整無限制時間控制 6. 溫度控制:-9~+40 度 C 7. 可自行選擇 g 或 rpm 之數字轉換顯示, 且具有冷光待機鍵設定 8. 數字顯示:1~10 段上升加速, 1~10 段下降速度, 可調整選擇, 於開始啟動時轉子保持 9. 微電腦大容量多功能冷凍高速離心機 5804R 具有自動斷電功能 (ECO shut-off), 離心機不使用超過 8 小時可自動關閉壓縮機啟動 10. 可儲存 35 組微電腦記之憶軟體程式設計 11. 噪音量低於 56 分貝 12. 安全自動感知裝置:可感應平衡、轉速及上蓋鎖定 13. 可自動判別並顯示轉子半徑。具有顯示到速計時或運轉即計時的功能 14. 噪音量低於 56 分貝 15. 安全自動感知裝置:可感應平衡、轉速及上蓋鎖定 16. 可自動判別並顯示轉子半徑。具有顯示到速計時或運轉即計時的功能 17. 內建凝結式排水管, 可降低凝結水形成, 減少離心機內腔鏽蝕 18. 可以使用在 IVD 等級實驗室 <u>配件：</u> a) 5820 771.003 F-35-48-17 Fixed-angle rotor *1 b) 5804 715.004 F-45-30-11 Fixed-angle rotor *1 c) 5804 719.000 A-4-44 Rotor *1 轉子皆為不銹鋼材質, 可進行 121°C、20 分鐘高溫高壓滅菌 參考廠牌: eppendorf (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料, 以供審查。) (本單不敷使用時, 請自行影印加附)	1	組

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是, 擴充期間 _____、金額或數量 _____。

☒ 否。

交貨期限: ☐ 簽約日起 _____ 日內。 ☐ 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日內。

☒ 合約生效日(決標日)起 90 日內。 ☐ 收到信用狀日起 _____ 日內。

保固期限: 自驗收合格之日起保固 2 年。

請購單位：醫學系藥理學科

請購單位主管簽章：



114.01.06

請購人簽章：陳松鶴



聯絡電話：#12470/ 醫學系如敏 #12041

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

113122400