

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：全身 QCPR 安妮

採購單號：114008355

項次	品名及規格	數量	單位
1	<p>一、假人主體</p> <p>(1)可模擬訓練心肺復甦術之成人全身式假人</p> <p>(2)順應新版 AHA 指導準則設計</p> <p>(3)可搭最新版 QCPR 監測裝置及手機版 APP 進行操作練習</p> <p>(4)採用最新 USB-C 接口有線連接充電</p> <p>(5)可模擬頸動脈搏動</p> <p>(6)自然位置時,呼吸道為關閉狀態,模擬失去知覺的人舌頭阻塞住呼吸道的情形,執行壓額 抬下巴或下頰上提法開啟呼吸道口,才可進行練習</p> <p>(7)擬真的吹氣及胸外按壓之感覺,吹氣量達 500~600 毫升時,可見明顯之胸部起伏</p> <p>(8)通氣正確與否,假人可發出提示聲</p> <p>(9)正確之胸外按壓深度為 5~6 公分,正確按壓位置為胸骨中線與兩乳頭連線之間</p> <p>(10)可模擬不同胸廓硬度(chest stiffness)的訓練</p> <p>(11)具可拆式橡膠臉皮及肺袋(含氣道),方便更換,人工氣道組具單向閥及腹側排氣口以避 免訓練時之交互感染</p> <p>(12)內建可充電式鋰電池。充滿電後可運作數十小時</p> <p>二、單機版監測儀:</p> <p>(1)可監測即時心肺復甦訓練品質狀態,包括:胸外按壓深度(depth)、回彈與否(recoil)、頻率(rate)、通氣量(volume)。</p> <p>(2)可檢視心肺復甦品質成果,包括胸外按壓分數、通氣分數、總共花費時間、胸壓時間 比。方便課後回饋討論(Debrief)。</p> <p>(3)電力來源來自假人主體。</p> <p>三、每組配件:人工氣道組 2 組、面皮 2 張、胸壓彈簧 2 個、清潔用酒精棉片 1 包、滾輪式攜帶箱、手指棒 1 個:矽膠,本體全長 17.5cm,球 4.8×2.7cm,本體為六條柱狀矽膠,可供活動時手指套入使用、腳部固定物 1 組,含:a.鞋型支撐物 2 件:踝關節開口 20cm、腳掌處開口 12cm;彈性布料,外加魔鬼膠黏扣帶,穿戴後使腳踝關節行動較不靈活。b.腳踝固定板:長 20cm,寬 7.5cm,依腳踝 弧度造型塑膠製硬板,腳踝二側各 1 片,附加 魔鬼膠黏扣帶 以固定腳踝。</p> <p>四、以上尺寸公差±10%</p>	1	式

本採購案是否有後續擴充 是,擴充期間_____、金額或數量_____。
否。

交貨期限：簽約日起 120 日內。民國_____年____月____日內。

合約生效日(決標日)起____日內。收到信用狀日起____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：_____

請購單位主管簽章：_____

請購人簽章：

聯絡電話：

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

1091030