

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：全人療癒整合式床組

(包含多功能雙馬達電動床、床套(加大型)、乳膠枕)

項次	品名及規格	數量	單位
----	-------	----	----

壹	全人療癒整合式床組採購內容產品數量如下： 1. 雙馬達電動床： 一、動力系統 1. 雙馬達電動系統:床面升降馬達 1 組、背部起降馬達 1 組,各自獨立驅動。 2. 電動棒(馬達驅動元件) 2 支,低噪音設計。 3. 電源:110V,附電源線,符合台灣電力規格,免改裝。 二、控制方式 1. 升降腳踏控制器 1 個,獨立有線設計,可自由移動置於床周任意位置。 2. 腳踏控制器可操作床面升降及背部起降功能。 三、床體結構 1. 床腳:圓柱型固定式床腳設計,無輪子配置,四腳可微調床水平保持床組穩定性,附水平調整腳墊。 2. 床架:底層 H 加固腳座、左右兩側日字形座加前後加固橫桿、上座支撐牽動式 6 柱保持床墊穩定性,金屬烤漆,承重須符合成人操作者施作手技之安全載重。 四、床體尺寸與重量 1. 長度:約 195 公分。 2. 寬度:約 75 公分。 3. 床墊厚度:約 10 公分。 4. 高度:電動調整範圍 58 至 75 公分。 5. 床組淨重 65kg。 五、床面功能 1. 背部可電動起降,支援平躺、半坐臥、趴臥多種體位。 2. 床頭挖洞(呼吸孔)設計,附獨立 U 型枕,使其趴臥療程面部舒適頭頸舒緩合宜。 六、材質與顏色 1. 表面:合成 PU 皮革,耐酒精及消毒劑擦拭。 2. 內墊:高密度泡棉。 七、保固 1. 電動馬達保固一年。	10	組
---	--	----	---

配件規格(每組)

一、氣壓升降椅 1 個

1. 椅面:正圓形,直徑約 30 公分,厚度約 6.3 公分。
2. 椅背:正圓形,直徑約 26 公分,厚度約 4.8 公分。
3. 高度:氣壓棒升降調整。
4. 椅面及椅背材質、顏色與床體一致(合成皮、皮乳白)。

二、三件式枕組

1. 長枕 1 個(下肢支撐、膝下墊枕用)。
2. 弓枕 1 個(趴臥面部支撐用)。
3. 圓平枕 1 個(頸部及踝部支撐用)。
4. 材質、顏色與床體一致。

三、床套

1. 材質:TC 布製作,顏色白色。
2. 床頭有特製挖洞,對應床體呼吸孔位置。
3. 內含:床罩、蓋被、枕套及椅套各 1 個。
4. 床罩尺寸:適用床面約長 195 公分 × 寬 75 公分 × 厚 10 公分,長度不小於 195 公分、寬度不小於 75 公分,並可包覆床墊厚度。

四、乳膠枕

1. 材質:透氣記憶海綿。
2. 造型:ㄇ字型設計,厚度約 10 公分,長度約 30 公分。
3. 功能:支撐頸部與肩部。

照片：

雙馬達電動床	氣壓升降椅	三件式枕組
		
床架結構與腳踏控制器	電動棒	110V 電源線

10

組



照片：

床套	床罩

2. 乳膠枕：透記記憶海綿材質製成，U字型設計，厚度約 10 公分，長度約 30 公分，顏色白色，支撐頸部與肩部。

照片：



參考品牌：奧菲國際有限公司

(允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。)

9

顆

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
g 否。

交貨期限：☐ 簽約日起____日內。 g 民國 115 年 8 月 25 日內。

☐ 合約生效日(決標日)起____日內。 ☐ 收到信用狀日起____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位： 護理學院

請購單位主管簽章：

彭台珠

請購人簽章：

黃君

聯絡電話：

分機 12260、0908-099112

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。