

# 慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：經皮黃疸測定儀

115000783

| 項次                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 品 名 及 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 數量 | 單位 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>測量原理：以探頭輕貼皮膚之方式，利用 2 種波長光的光學密度差，經皮測量皮膚及皮下組織中的黃疸，可重複用酒精消毒，無需使用耗材或者夾耳式。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>適用於早產兒最低 24 周</li> <li>測量範圍：<math>\geq 0.0 \sim 25.0</math> mg / dL</li> <li>準確度：<math>\pm 1.5</math> mg/dL</li> <li>光源：氙氣閃光燈管</li> <li>光源壽命：可測量<math>\geq 150,000</math> 次</li> <li>液晶：點陣式液晶</li> <li>具觸控式螢幕，可同時顯示 3 組(含)以上測量數據。</li> <li>電池：專用鎳氫電池</li> <li>形式和保護程度：內部供電設備·BF 型</li> <li>可用次數：完全充電後，大約可連續測量至少 250 次</li> <li>尺寸：<math>\leq W56 \times H168 \times 45</math>mm</li> </ol> <p>附變壓器及充電座(充電座需具備固定式校正檢查器)</p> | 1  | 組  |
| <p>本採購案是否有後續擴充 <input type="checkbox"/>是，擴充期間_____、金額或數量_____。<br/> <input checked="" type="checkbox"/>否。</p> <p>交貨期限：<input checked="" type="checkbox"/>合約生效日起 90 日內 <input type="checkbox"/>民國____年____月____日前 <input type="checkbox"/>L/C 開出日起____日內。</p> <p>保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |

請購單位：\_\_\_\_\_ 護理系

請購單位主管簽章：\_\_\_\_\_

請購人簽章：\_\_\_\_\_ 張惠君

聯絡電話：22484 \_\_\_\_\_

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。