

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：護理資訊工作車

採購編號: 113012325

項次	品名及規格	數量	單位
	規格: - 車體尺寸:48*45*106cm±5%。 - 頂板:為三面圍邊高 6cm,防止物品掉落,桌面及圍邊為 ABS 射出一體成型結構,非貼合或外加工法避免損壞,尺寸 L49*W48cm±3%。 - 車體支柱:為鋁合金材質,無段式定位滑槽可隨意調整高度,方便使用。 - 把手:於車體正面,供推送使用(把手間距加大,方便推送)。 - 拉板:於車體側邊為鋼製粉體烤漆。 - 側封板:為 ABS 塑鋼材質。 - 抽屜:為 ABS 塑鋼材質射出一體成型,附 3 段式耐重鋼珠滑軌,抽屜內附塑鋼隔板,可依需求分隔。 - 抽屜高度:8cm±1cm*2。 - 抽屜高度:16cm±1cm*2。 - 抽屜高度:24cm±1cm*1。 - 抽屜隔板:為塑鋼一體成型,活動式,可依需求分隔,非壓克力材質裁切。 - 防撞角:ABS 塑鋼一體成型。 - 車輪:採用直徑 5"煞車輪*4。 - 規格尺寸公差±5% 配件: - 廢針筒架:1 個,裝於車體右邊為不鏽鋼材質,尺寸依院內廢針筒大小製作。 - 垃圾筒:2PC,材質為不鏽鋼材質,裝於車體右側邊,桶身需有蓋子且均分為 2 格,可分類使用,為不鏽鋼連桿機構之設計,腳踏板*2 位於車體正面桶身下方,方便踩踏。桶身尺寸: L37*W20*H35cm±5%。 - 置物盒:1PC 裝於車體左側,為 ABS 塑鋼射出一體成型,附活動隔板可分隔成數格,尺寸:(L36*W15*H9cm)。 - 置物籃:1 個,裝於車體左邊為不鏽鋼材質,尺寸 L37*W15*H15cm。 - 藥罐座:1 組,於檯面上方,附塑鋼 ABS 射出一體成型活動隔板,可依需求分隔。 E 化配件部分: - 電腦旋臂組:於檯面後方提供電腦固定使用,可調整螢幕不同高度、仰角角度及左右位置,以利不同護理人員操作。 - 鍵盤置放架:*1 隱藏於檯面下方為前拉式設計,可置放鍵盤、滑鼠。 - 捲線器:*1 組供充電時使用,可拉出長度 1.9 米。 - 供電模組區:*1 於車體後方,後方預留維修板方便維修。 - 整體線路須隱藏不外露。 鋰鐵電池: - 輸出規格 - AC 輸出: 110V,最大持續輸出功率.100W。 - DC 輸出: 11.2V -14.6V 亦可選配定電壓 12V,19V,24V。 - LED 控制器:可做 10 段 LED 電容量指示及電源開關控制,1 個 AC 指示燈。 - 電池本體需有通訊介面:USB*1 組可透過此介面監控電池工作情況。 - 電池材質:磷酸鋰鐵製作(Life PO4)。 - 電池容量: 220Wh。 - 電池充電時間: 2 小時(無載情況下可充飽),充飽後可連續使用 4hr-6hr。 - 為確保日後院內電腦通用性,電池需具 AC、DC 雙輸出之功能。 - 保護 - 輸入保護: F2A, 2A 快斷式保險絲。 - DC 輸出保護: - 雙迴路設計,接上 AC 時可提供電腦與電池充電,且可依據負載狀況彈性調整電池充電速度。 - 過電壓保護:3.8V - 低電壓保護:2.8V - AC 輸出保護:過電壓保護。 - 自動關機功能: 當系統無接負載時,系統將於 30 秒內自動關機。 - 鋰鐵電池芯通過 UL1642 及 BSMI 認證,和 SGS RoHS 測為環保材料。 - 電池整機通過 CE(EN55022、EN55024 及 IEC61000-3-2),FCC 及 BSMI 之認證。 - DC 及 Remote 輸出端子為 IPX6,IPX7 防水接頭。	4	組

	3. 醫規平板電腦: 一、 硬體 (1). 中央處理器: Intel Core i5 7200U; 2.5GHz 處理器; KBL (2). 記憶體: 8G DDR4 SODIMM (3). 儲存裝置: 256G SSD (4). 相機: 800 萬畫素 (5). 圖形控制器: Intel HD Graphics (6). 晶片組: 支援 Intel® Trusted Platform Module (TPM 2.0)、Wake-on-LAN/WiFi 二、 顯示器 (1). 顯示器: 尺寸 21.5 吋 (54.6 cm); 16:9 (2). 解析度: Full HD 1920x1080 (3). 亮度: LED 背光; 250 nits (4). 對比: 1000:1 (5). 清潔與消毒: 異丙醇 (Isopropyl alcohol) 70%、乙醇 (Ethyl alcohol) 70% 三、 觸控螢幕 (1). 觸控螢幕: 電容式 (多點觸控/十指觸控) (2). 透光率: 95% (3). 耐久度: 30 million touches (4). 醫療手套: 支援 四、 I/O (1). I/O USB 埠 後方: USB3.0*1+USB2.0*3; 側面: USB2.0*1/ COM2+ USB2.0*3 (2). 話筒輸入: 1 (包含在 USB 埠中; 支援商務用 Skype) (3). NFC/RFID: 支援 ISO 14443 A and B (Type 2, 3, 4)、MIFARE、FeliCa、ISO/IEC 18092 (NFC) (4). HDMI 輸出: 1 (5). 耳機/麥克風: 1 (Combo audio jack) (6). COM Port: 1 (RS-232) (7). 智慧卡讀卡機: 1 (8). SD 卡讀卡機: 1 (9). 喇叭: 3 W x 2 (10). 麥克風: 1 (內建) 五、 網路 (1). LAN: 10/100/1000/Gigabits Mbps RJ-45 (2). WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac (3). WiFi 天線: 內藏式 (4). 藍牙: BT 4.1 六、 系統操作環境規格 (1). 作業系統: Win10 (2). 尺寸 (寬 x 高 x 深) 535.2 x 375.7 x 50.4 mm (不含支架)、重量 8.37 kg (3). 電源供應器 (a) 輸入電壓: 100 ~ 250 VAC/1.5 ~ 0.45 A @ 50 ~ 60 Hz (b) 輸出電壓: 19 VDC/3.15A MAX (4). 冷卻系統: 無風扇 (5). 工作溫度: 0 ~ 40° C (6). 儲存/運輸溫度: -20 ~ 60° C (7). 操作濕度: 10% ~ 90% (無凝結) (8). 儲存/運輸濕度: 10% ~ 90% (無凝結) (9). 操作高度: 700 - 1060 hPa (10). 儲存/運輸海拔高度: 500 - 1060 hPa (11). LED 指示燈 白光白光 = 開啟 (12). 震動: 1 G 抗衝擊: 10 G		
--	--	--	--

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。

☒ 否。

交貨期限: ☐ 簽約日起_____日內。☐ 民國_____年_____月_____日內。

☒ 合約生效日 (決標日) 起 90 日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限: 自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：護理學系

請購單位主管簽章：

護理學系 主任 張紀萍 7/21

請購人簽章：康怡安 護理學系

聯絡電話：22345

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。